

EWG-Bauartzulassung vom 25.04.1997

EEC type-approval certificate, dated 25.04.1997

D 97
7.211.16

3. Nachtrag

Supplement 3

Seite 1 von 2 Seiten

Page 1 of 2 pages

Zulassungsinhaber: vemm tec Messtechnik GmbH

Issued to:

Gartenstr. 20
14482 Potsdam

Bauart:

In respect of:

Turbinenradgaszähler

Typ IGTM

Die oben genannte Bauartzulassung wird gemäß §26 der Eichordnung wie folgt geändert:

Hinweise

Nachträge ohne Unterschrift und Siegel haben keine Gültigkeit. Nachträge sind Bestandteil der Bauartzulassung und dürfen nur unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Note

Supplements without signature and seal are not valid. Supplements are part of the type approval certificate and may not be re-produced other than in full. Extracts may be taken only with the permission of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt unter einer der nachstehenden Adressen eingelegt werden.

Information on legal remedies available

Objection may be made to this notification within one month of its receipt either in writing or orally recorded, to the Physikalisch-Technische Bundesanstalt at one of the following addresses.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Bundesallee 100
38116 Braunschweig
DEUTSCHLAND

Abbestraße 2-12
10587 Berlin
DEUTSCHLAND

EWG-Bauartzulassung vom 25.04.1997

EEC type-approval certificate, dated 25.04.1997

D 97
7.211.16

3. Nachtrag

Supplement 3

Seite 2 von 2 Seiten

Page 2 of 2 pages

8 Eichtechnische Prüfung

8.1 Prüfung

Dieser Abschnitt erhält folgende neue Fassung:

Als Prüfvorschrift gelten die PTB-Prüfregeln Band 4, „Volumengaszähler“ in der 2. neubearbeiteten Auflage 1982. Alternativ können auch – in Abhängigkeit vom vorgesehenen Betriebsdruck des zur Eichung gestellten Turbinenradgaszählers – entweder Band 29 „Messgeräte für Gas – Gaszähler, Prüfung von Volumengaszählern mit Luft bei Atmosphärendruck“ oder Band 30 „Messgeräte für Gas – Hochdruckprüfung von Gaszählern“ verwendet werden.

10 Gültigkeitsdauer der Zulassung

Dieser Abschnitt erhält folgende neue Fassung:

Diese Zulassung hat Gültigkeit bis zum 18. 5.2016


Der Zulassungsschein mit der Anlage vom 25. 4.1997,
Geschäftszeichen PTB-1.33-3271.51-DMB-E16, sowie die Nachträge

Nr. 1 vom 02.10.2001, Geschäftszeichen PTB-1.33-01064992
Nr. 2 vom 14.11.2002, Geschäftszeichen PTB-1.33-02001578

bleiben bis auf die durch diesen Nachtrag geregelten Änderungen unverändert gültig.

Im Auftrag
By order

R. Schmidt
Dr. Roland Schmidt



Braunschweig, 19.05.2006
Geschäftszeichen: PTB-1.42-4024257
Reference No.:

Siegel
Seal